



СОГЛАСОВАНО:

Директор по охране труда,  
промышленной безопасности  
и экологии ЧАО «СЕВГОК»

О.Т. Мачадо

## ОПРОСНОЙ ЛИСТ

Устройство Dezeга CheckUp	предназначено для проверки параметров дыхательных аппаратов с сжатым воздухом, сжатым кислородом, изолирующих панорамных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких.
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Технические характеристики

Диапазон измерений избыточного давления-разряжения, кПа	от - 2,8 до 6,8
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений избыточно го давления-разрежения, % от диапазона измерений	$\pm 0,5$
Диапазон показаний расхода по каналу кислорода, дм <sup>3</sup> /мин	от 0 до 6
Диапазон измерений расхода по каналу кислорода, дм <sup>3</sup> /мин	от 1 до 6
Пределы допускаемой приведенной погрешности по каналу кислорода, % от верхнего предела измерений  в диапазоне от 1 до 3,0 дм <sup>3</sup> /мин включ.  в диапазоне св. 3,0 до 6,0 дм <sup>3</sup> /мин	$\pm 2,0$  $\pm 3,0$
Диапазон показаний расхода по каналу воздуха, дм <sup>3</sup> /мин	от 0 до 150
Диапазон измерений расхода по каналу воздуха, дм <sup>3</sup> /мин	от 10 до 150
Пределы допускаемой приведенной погрешности по каналу расхода воздуха, % от верхнего предела измерений	$\pm 5,0$

### Параметры электрического питания

напряжение переменного тока, В	220 $\pm$ 15%
частота переменного тока, Гц	50 $\pm$ 5
потребляемая мощность, ВА, не более	230

**Габаритные размеры, мм, не более**

высота	220
ширина	460
длина	480
Масса (без переходников), кг, не более	15



**Начальник ВПЧ**

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style. The signature is positioned between the text 'Начальник ВПЧ' and 'В.А. Задорожний'.

**В.А. Задорожний**