ЗАТВЕРДЖУЄ:
Директор з ОП, ПБ та Е

Заломіхін Антон Михайлович Подписано цифровой подписью: Заломіхін Антон Михайлович А.М. Заломіхін

2027 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупку послуг з СО пристрою перевірки дихальної апаратури «DEZEGA SP CheckUp».

№ п/п	Перелік даних	Основні дані по вимогам
1	Повне найменування	Послуги з СО пристрою перевірки дихальної апаратури «DEZEGA SP CheckUp».
2	Коротка назва	СО пристрою перевірки дихальної апаратури «DEZEGA SP CheckUp».
3	Назва об'єкту	ПРАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ"Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. вул. Соборна 18-Б.
4	Дані про замовника	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ-СТАЛЬ" Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Соборна 18-Б.
5	Перелік виконуваних робіт	- розбірка пристрою з подальшою чисткою від пилу та часток ХПВ; - заміна фільтруючого елементу; - змащення вузлів кисневою змазкою; - збірка; - калібрування пристрою; - перевірка метрологічних характеристик.
6	Обсяг виконання робіт	СО 6 од.пристроїв перевірки дихальної апаратури «DEZEGA SP CheckUp» з обов'язковою замінною запасних частин.
7	Початок та закінчення виконання робіт	2027р.
8	Місце виконання робіт	На території виконавця
9	Вимога до якості і основних параметрів	СО пристрою перевірки дихальної апаратури «DEZEGA SP CheckUp» здійснюється відповідно до вимог документа МП 231-0059-2019 «ДСВ. Пристрої перевірки дихальної апаратури DEZEGA CheckUp УПДА-2. Методика повірки».
10	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Дотримання правил чинного внутрішнього розпорядку, контрольно-пропускного режиму, внутрішніх положень, інструкцій і вимог є обов'язковою умовою.
11	Вимоги з промислової безпеки	При виконанні робіт необхідно дотримуватись вимог з техніці безпеки
12	Вимоги до виконавця	Виконавець повинен бути сертифікованим офіційним дилером та мати сервісний центр «DEZEGA» в Україні

Начальник ГРС Голуб Роман Анатолійович Подписано цифровой подписью: Голуб Роман Анатолійович Дата: 2026.10.26 12:19:29 +02'00' Р.А. Голуб